

CEM MARS 微波消解方法(意大利面)

样品：意大利面
消解罐：HP500，7 个
试剂：70%硝酸
样品量： 0.5g
仪器条件：MARS

操作过程推荐：

加硝酸 10ml

控制模式： 升压

步骤	爬升时间 (min)	压力 (psi)	温度 (°C)	保持时间 (min)
1	25	185	190	5

注意事项：

这个方法只是 CEM 公司提供一个参考方法，用户可根据自己的样品进行方法优化。